



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

Серія А

№ 004782



СЕРТИФІКАТ

затвердження типу засобів вимірювальної техніки

№ UA-MI/1-1012-2008

Виданий 6 лютого 2008 р.

Цей сертифікат, виданий ТОВ фірма "Семпал Ко ЛТД", м. Київ, засвідчує, що на підставі позитивних результатів державних контрольних випробувань Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики затверджено тип засобів вимірювальної техніки "Тепловодолічильники СВТУ-10М", який зареєстровано в Державному реєстрі засобів вимірювальної техніки за номером У947-07.

Тепловодолічильники СВТУ-10М під час випуску з виробництва підлягають повірці.

Міжповірочний інтервал, встановлений під час затвердження типу тепловодолічильників, – не більше чотирьох років.

Заступник Голови



С.Т. Черепков